

Bologna, 5 giugno 2014

**Al Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
della Regione Emilia Romagna  
SEDE**

### **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

Il sottoscritto **Andrea Leoni**, Consigliere regionale,

#### **premesse**

che due settimane fa è stata sospesa l'attività nelle 4 nuove sale operatorie dell'ospedale Ramazzini di Carpi, in provincia di Modena, a seguito di un problema tecnico nel nuovo blocco operatorio causato da una scheda elettrica difettosa;

#### **considerato**

- che il guasto si è fortunatamente verificato durante la notte quando non era in corso alcuna operazione;
- che i tecnici dell'Azienda UsI di Modena, coadiuvati dagli operatori specializzati dell'azienda costruttrice, avrebbero dovuto ripristinare il quadro elettrico in pochi giorni;
- che le nuove sale operatorie dell'ospedale Ramazzini sono state attivate soltanto 4 mesi fa, dopo il taglio del nastro avvenuto nel maggio 2013, dopo un lungo ritardo dovuto a problemi con l'azienda costruttrice;
- che per gestire la situazione sono state riattivate le sei sale vecchie, ultimamente utilizzate solo per i piccoli interventi e, a causa di questa situazione, viene data la precedenza agli interventi urgenti facendo slittare quelli programmati provocando in tal modo dei disagi ai pazienti;

### **INTERROGA**

la Giunta regionale dell'Emilia Romagna per sapere:

- 1) se sia a conoscenza della situazione e quale giudizio ne dia;
- 2) quando rientreranno in funzione le nuove sale operatorie dell'ospedale Ramazzini di Carpi inaugurate solo quattro mesi fa.

Andrea Leoni